ZOLL AED 3™ Automatisk

Referensguide för Återupplivning

1 Sätt på defibrillatorn

2 "Kontrollera personens medvetande"

3 "Kalla på hjälp"

4 "Öppna luftvägarna"

5 "Kontrollera andningen"

6 "Tryck på barnknappen om personen är ett barn"

7 "Sätt fast elektroder på personens bara bröst"

8 "Rör inte personen. Analys pågår"

9 Om chock rekommenderas inleds en nedräkning följt av meddelandet "en chock har levererats"

10 Om ingen chock rekommenderas, eller efter en avgiven chock: "Starta HLR"

Under bröstkompressioner avger ZOLL AED 3 Automatisk Real CPR Help® -uppmaningar för kvaliteten på HLR-kompressionerna

Mer information om ZOLL AED 3 Automatisk finns på zoll.com/aed3.

ZOLL®

9659-000124-22 Rev C